



**Gemed**  
ul. Gen. Sowińskiego  
50  
40-010 KATOWICE  
tel./fax: 32 251 18 35

**GENERAL ELECTRIC**

**Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych**  
SPÓŁKA Z O.O.  
**ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ**  
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3  
tel. 032/2596-221, fax 032/2597-914  
ident 276502012, NIP 634-23-24-513  
Bank PEKAO SA II/O Katowice  
37 1240 2059 1111 0000 3125 6861 -6-

**Katowice 10.08.2009**

W związku z tym iż zamawiający wymaga aparatury diagnostycznej ultrasonograficznej prosimy o wyjaśnienie kilku szczegółów, które są niezbędne do złożenia oferty.

Pyt.1

Prosimy o odpowiedź czy zamawiający bezwzględnie będzie wymagał aby aparat USG posiadał archiwizację na dysku twardym oraz DVD (wbudowane w aparat) w formatach: JPG, avi, raw data (surowe dane) ?

tak

Pyt.2

Czy aparat USG ma posiadać pamięć cine-loop, która jest niezbędna do pracy o wartości min. 4000 klatek ?

tak

Pyt.3

Czy aparat USG ma posiadać monitor LCD min. 15 cali z możliwością regulacji położenia ?

Pyt.4

Czy aparat USG ma posiadać niezbędne aplikacje:

- jama brzuszna, nerki
- male narządy, stawy, bioderka,

Tryby:

B-Mode

M-Mode

PW-Mode

Obrazowanie harmoniczne

Pyt.5

Czy aparat ma posiadać min. 512kanałów procesowych, 8 ognisk regulowanych elektronicznie, głębokość penetracji 2-30 cm, szer. Bramki dla PW - 1-16mm ?

tak

Pyt.6

Czy głowica liniowa ma posiadać zakres częstotliwości min. 4-12 MHz, min. 128 elementów oraz Obr. Harmoniczne ?

Czy głowica convexowa ma posiadać zakres częstotliwości min. 2-5.2 MHz, min. 128 elementów, kął skanu min. 55° - 3°, Obr. Harmoniczne ?

tak

Katowice, 10.08.09

DYREKTOR  
PROKURENT  
Zofia Zięba

Podpis:

GENERAL ELECTRIC Sp. z o.o.  
ul. Sowińskiego 50  
40-010 Katowice